

AS Tallinna Vesi
Ädala tn 10, 10614 Tallinn
Reg.nr. 10257326 , KM reg.nr.EE100060979

Arvesti nr. 400997
Ekspertiisi kuupäev 19.01.10
Aadress Pirni 6 Tallinn 10617
Ühenduse tähis 14821
Klient Korteriühistu Pirni 6

Otsus mõõteveea ümberarvestamise kohta:

Abitabel tööajalise tunnitarbimise arvutamiseks

alguskuup	algnäit	lõppkuup	lõppnäit	tarve	päevi	tarbimis- tundide arv (päev*8h)	tööpäevane keskm	tööajaline tunni- keskm
31.01.09	40 191.00	19.01.10	46 663.00	6 472.00	353	2824	18.33	2,29178

Arvesti ettenähtud tunnitarbimine eri vooluhulkadel

Vooluhulk	Tunnitarve	keskpunk tid
Qn	9,50	
Qt	0,84	5,17
Qmin	0,21	0,53

- ✓ Tööajaline tunnikeskmine on lähedaseim kulupunktil Qt 18.19% 2,29178
✓ Ümberarvestus tehakse Qt 18,19% osas.
Ümberarvestus tehakse Qmin osas.
Ümberarvestust ei tule, kuna mõõteviga negatiivne.
Ümberarvestuse puhul alla 1 m³ tagasiarvestust ei tehta.
Ümberarvestust ei tule, kuna mõõteviga lubatud piires
Veemõõtja kulupunktis Q min seisab. Tehakse ümberarvestus lähtudes
Ümberarvestuse periood 183 (1/2 veearvesti pealoleku ajast, kuid mitte üle 6 kuu)

Mõjutab teisi tarbijaid Ei
Seotud ühendustega


Aaro Meriniit

AS Tallinna Vesi
Teenindustugi
Ädala 10, Tallinn 10614
telefon 62 62 382

AKT

külmaveearvesti kontrollimise kohta.

Kontrollimise kuupäev: 19.01.2010
Arvesti tüüp: **SPX * kl. B DN 40/10** Q n 10.00 m³/h
Arvesti nr: **400997**
Aadress: **Pirni 6**
Näit (m³): 46663
Taadeldud: 29.09.2008
Ülesseatud: 02.10.2008
Mahavõetud: 19.01.2010

Kontroll teostati veemõõdustendis KALIBRO D 50/10 vastavuses OIML R 49 ja ISO 4064 soovitustele.

Mõõtevõla määramise tulemused:

Kontrollitav kulupunkt		Mõõtevõla (%)	
tähis	väärtus (m ³ /h)	saadud	lubatud
Q n	9.500	- 9.00	±2
Q t	0.840	- 18.19	±2
Q min	0.209	- 8.75	±5


AARO MERINIIT

AS Tallinna Vesi teenindustoe juht


TIIT RANDMAA

AS Tallinna Vesi teenindustoe
vanemmeister